

Włoszczowa, 26.04.2018 r.

SO.5540.2.2018.MP

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych z pytaniem ofertowym
SO.5540.2.2018.MP z dnia 20.04.2018 r.**

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zadanie: „*Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach przyznanych środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości*”- *Zamawiający* – Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa odpowiada na pytania, które wpłynęły do tut. Urzędu Gminy:

Pytanie nr 1

Jako firma od lat zaangażowana w promowanie programu PAD (Publicznego Dostępu do Defibrylacji) i specjalizująca się w sprzedaży najwyższej jakości defibrylatorów AED, zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia ofert częściowych?

Na polskim rynku działają firmy specjalizujące się wyłącznie w defibrylatorach AED lub tylko w Zestawach Ratownictwa Medycznego dla jednostek OSP i PSP, dzięki czemu oferty częściowe mogą okazać się dużo bardziej korzystne cenowo dla Zamawiającego niż zbiorcze oferty na całość zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Pytanie nr 2.

Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością defibrylacji osób dorosłych oraz dzieci z wykorzystaniem wbudowanego trybu pediatrycznego, bez konieczności stosowania osobnych elektrod pediatrycznych, a tym samym nie będzie wymagał dostarczenia osobnych elektrod pediatrycznych od Wykonawców oferujących ww. rozwiązanie?

Aktualnie urządzenia nowszej generacji stosują rozwiązanie polegające na wbudowanym trybie pediatrycznym w postaci suwaka lub przycisku redukującego energię do poziomu bezpiecznego dla dzieci. Rozwiązanie to sprawia, iż użytkownik nie traci tak istotnego czasu na zmianę elektrod, a w dalszej eksploatacji nie wiąże się to również z ponoszeniem dodatkowych kosztów (okresowe wymiany elektrod dla dorosłych i pediatrycznych). Defibrylacja osób dorosłych i dzieci odbywa się wówczas za pomocą

jednej uniwersalnej pary elektrod. Takie rozwiązanie jest szybsze, tańsze w eksploatacji, powszechnie stosowane przez wielu producentów defibrylatorów oraz stanowi technologiczną odpowiedź na ogólnoświatowe wytyczne, które kładą szczególny nacisk na maksymalne skrócenie czasu od rozpoczęcia akcji do pierwszej defibrylacji oraz minimalizowania przerw w uciśnięciach klatki piersiowej.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wymaga, aby oferta była zgodna z parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z walizką spełniającą wymogi IP67 oraz DEF STAN 81-41, STANAG 4280 w kolorze czarnym?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wymaga, aby oferta była zgodna z parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z gwarancją 5 letnią?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wymaga, aby oferta była zgodna z parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał pisemną autoryzację producenta w zakresie dystrybucji i serwisowania oferowanych urządzeń?

Bardzo ważne jest zachowanie najwyższych standardów w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzeń, a co za tym idzie odpowiedni nadzór serwisowy uprawnionych podmiotów.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wymaga, aby oferta była zgodna z wszystkimi wymogami Zamawiającego, zawartymi w zaproszeniu, opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Zamawiający nie stawiał takiego warunku.

Z up. Burmistrza


mgr inż. Monika Kowalska
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich